


・3.9. プログラム方式温湿度試験機 THS 恒温恒湿槽 THS-D4T-150/THS-D7T-150

受託試験場に新たに小型試験機を導入しました。

温度制御幅も広く厳しい要求基準に応える信頼の環境再現性を凝縮させた試験機です。

型式	THS-D4T-150/ THS-D7T-150	装置設備写真
種類	プログラム方式温湿度試験機	
槽内寸法	W1000×H1000×D800mm	
扉開口寸法	W1000×H1000mm	
温度範囲	-40/-70°C～+150°C	
湿度範囲	10%RH～98%RH	
昇温時間	+20°C～+150°C 45分	
降温時間	+20°C～-40°C 50分 (D4T型) +20°C～-70°C 80分 (D7T型)	
備考	棚網を2枚付けることにより、小さい試料を一度に試験することができます。	